



St. Joseph's College (Autonomous)

NAAC accredited A++ grade in the fourth cycle

Irinjalakuda-680 121, Thrissur (Dt.), Kerala

Phone : 8301000125

Email: info@stjosephs.edu.in

Website: www.stjosephs.edu.in

സെന്റ്.ജോസഫ്സ്കോളേജ്
ഇരിഞ്ഞാലക്കുട
22.08.2023

ടെണ്ടർ നം.No.B3-74/SJC/PD/Spl. F (Lab)/2023-2024

ദർഘാസുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, സെന്റ് ജോസഫ്സ് കോളേജ്, ഇരിഞ്ഞാലക്കുട എന്ന വിലാസത്തിൽ 29/09/2023 ഉച്ചക്ക് 3മണിക്കകം ലഭിക്കത്തക്കവണ്ണം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. കവറിനുമുകളിൽ Laboratory Equipments വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ദർഘാസ് എന്നും, ദർഘാസ് പരസ്യത്തിന്റെ നമ്പറും രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. 29.09.2023 മൂന്ന് മണിക്കുശേഷം ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 30/09/2023 ഉച്ചതിരിഞ്ഞ് 3.00 മണിക്ക് അപ്പോൾ സന്നിഹിതമായിരിക്കുന്ന ദർഘാസുകളുടെയോ അവരുടെ പ്രതിനിധികളുടെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതാണ്.

ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും 29/09/2023 വരെ പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങൾ രാവിലെ 9 മണി മുതൽ ഉച്ചക്ക് 3 മണി വരെ ലഭിക്കുന്നതാണ്. ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില Rs.900/- (600+300=900) രൂപ നൽകേണ്ടതാണ്. തപാൽ മാർഗ്ഗം ആവശ്യമുള്ളവർ 50/-രൂപ മണിഓർഡർ അയക്കേണ്ടതാണ്. ഒരിക്കൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന് നൽകിയ വില മേൽപ്പറഞ്ഞ തുകയേക്കാൾ കുറവായി അയയ്ക്കുന്ന മണിഓർഡറുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ചെക്ക്, ഡി.ഡി, സ്റ്റാമ്പ് എന്നിവ ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറം കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല യാതൊരു കാരണവശാലും തിരികെ നൽകുന്നതല്ല.

ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 200/-രൂപ മുഖവിലയുള്ള കേരളസർക്കാർ മുദ്ര പത്രത്തിൽ പ്രിലിമിനറി എഗ്രിമെന്റും, സമർപ്പിക്കുന്ന ദർഘാസിന്റെ 1% (മിനിമം 3000/- രൂപയിൽ കുറയാൻ പാടില്ല) തുക EMD ആയി നൽകേണ്ടതാണ്. EMD തുക ഡി.ഡി, ആയി സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്.



S.P.D
PRINCIPAL IN - CHARGE
ST. JOSEPH'S COLLEGE
(AUTONOMOUS)
IRINJALAKUDA - 680 121
THRIBBUR DIST., KERALA



St. Joseph's College (Autonomous)

NAAC accredited A++ grade in the fourth cycle

Irinjalakuda-680 121, Thrissur (Dt.), Kerala

Phone : 8301000125

Email: info@stjosephs.edu.in

Website: www.stjosephs.edu.in

2

പട്ടിക പ്രകാരമുള്ള സാധനങ്ങൾ മൊത്തമായോ, ഭാഗികമായോ നൽകുന്നതിനുള്ള നിരക്കുകൾ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസ് ഫോറത്തിൽ തന്നെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടതാണ്. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്ക് രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ടി സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന സാധനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂടി കണക്കിലെടുത്ത് ഭാഗികമായോ, മൊത്തമായോ വിതരണ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതാണ്.


വിതരണ ഉത്തരവു ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 20 ദിവസത്തിനകം സാധനങ്ങൾ കോളേജ് ഓഫീസിൽ എത്തിക്കേണ്ടതാണ്. അതിനായി യാതൊരുവിധ കടത്തുകൂലിയും കയറ്റിറക്കു കൂലിയും നൽകുന്നതല്ല. ഓരോ സാധനത്തിനും ജി.എസ്.ടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിലകളാണ് ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിച്ച് നിശ്ചിത സമയപരിധിക്കുള്ളിൽ സാധനങ്ങൾ നൽകാതിരുന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത ദർഘാസുകാരന് ഉടനെ വിതരണ ഉത്തരവ് നൽകുന്നതും ഇത്തരത്തിൽ സർക്കാരിനുണ്ടാകുന്ന നഷ്ടം ആദ്യ ദർഘാസുകാരനിൽ നിന്ന് ഇഴുടാക്കുന്നതിനുള്ള നിയമാനുസൃത നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും, ടിസ്ഥാപനത്തെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതുമാണ്.

ദർഘാസിൽ പറയുന്ന തുകയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരിക്കലും ആവശ്യപ്പെടുവാൻ പാടില്ലാത്തതും അപ്രകാരം തുക വർദ്ധിപ്പിച്ചു നൽകുന്ന തല്ലാത്തതുമാകുന്നു.

വിതരണ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്നവർ സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതോടൊപ്പം അതിന്റെ വിലരേഖപ്പെടുത്തിയ ഇൻവോയ്സിന്റെ മൂന്നു പകർപ്പുകളും ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. സാധനങ്ങൾ നൽകുന്നതിനുമുമ്പ് ഫൈനൽ എഗ്രിമെന്റ് 200/- രൂപ മുഖവിലയുള്ള കേരളസർക്കാർ മുദ്ര പത്രത്തിൽ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാനുവൽ അപ്പൻഡിക്സ് XVII പ്രകാരമുള്ള കരാർ സമ്മതപത്രവും സപ്ലൈ ഓർഡറിൽ പറയുന്ന തുകയുടെ 5% തുകയ്ക്കുള്ള ഡി.ഡി. സെക്യൂരിറ്റി ഡെപ്പോസിറ്റും ഹാജരാക്കിയിരിക്കേണ്ടതാണ്.

മുഖവില 3,00,000/- രൂപ (മൂന്ന് ലക്ഷം രൂപ മാത്രം.)




പ്രിൻസിപ്പാൾ
PRINCIPAL IN - CHARGE
ST. JOSEPH'S COLLEGE
(AUTONOMOUS)
IRINJALAKUDA - 680 121
TRISSUR DIST., KERALA



St. Joseph's College (Autonomous)

NAAC accredited A++ grade in the fourth cycle

Irinjalakuda-680 121, Thrissur (Dt.), Kerala

Phone : 8301000125

Email: info@stjosephs.edu.in

Website: www.stjosephs.edu.in

3

LIST OF EQUIPMENTS

DEPARTMENT OF BIOTECHNOLOGY 2023-2024		
EQUIPMENTS		
Sl No	Item	Specification
1.	Weighing Scale	Capacity 25 g, Resolution 0.1 g Three digit, Digital display, SS body
2.	Water Bath	Capacity 100 g, Resolution 0.1 g External Calibration, SS tray, 2 digit
3.	Water Bath	Temp. Range- ambient to 99 degree C Accuracy- 1 degree C Stainless Steel body
DEPARTMENT OF BOTANY 2023-24		
1	Cooling apparatus (Refrigerator)	175 L
2	Compound microscope monocular with light	SF 40 M 1000X
DEPARTMENT OF INTEGRATED BIOLOGY 2023-24		
1	COOLING CENTRIFUGE	Maximum rotational speed 14000min, cooling refrigerated, temp -9 degree to +40, max.capacity 4*250ml timer 1min to 99min
2	Digital pH-Meter with electrode	Operating temperature range -5 to 100°C Accuracy ±0.005 Accuracy for temperature ± 0.1°C
3	Digital Photoelectric Colorimeter with 8 filters	ME 953 C5 filter with battery option Range 400 nm to 700 nm, filter 5 high standard filters, reproducibility ±0.01 OD, minimum volume 1 Ml
4	Orbital shaker	16 ×250 ml conical flask slots Variable temperature
5	Vortex Mixer	Speed 100-1000rpm in continuous mode, 2800 rpm in touch mode



S.P.D.
PRINCIPAL IN - CHARGE
ST. JOSEPH'S COLLEGE
(AUTONOMOUS)
IRINJALAKUDA - 680 121
THRISSUR DISTRICT - KERALA



St. Joseph's College (Autonomous)

NAAC accredited A++ grade in the fourth cycle

Irinjalakuda-680 121, Thrissur (Dt.), Kerala

Phone : 8301000125

Email: info@stjosephs.edu.in

Website: www.stjosephs.edu.in

4

DEPARTMENT OF PHYSICS 2023-2024		
1	Split power supply	+15 v To -15 V kamaljeeth
2	Polarimeter	Biquartz Polarimeter
3	Cathode Ray Oscilloscope	For college grade experiments, 20 Mhz with warranty
4	HTC Multimeter	HTC , model no DM - 97
5	Cord wire with alligator clip connector	For CRO Experiments
6	Compass box	(For deflection magnetometer or tangent galvanometer). Compressing as thick bakelitemoulded case of 125 mm dia. with black aluminum dial 0 graduated 0 - 90° four times, antiparallax mirror slot. The special permanent magnet (small in size) and a light maximum damping) supported on a steel pivot by jewel bearing se The permanent magnet isdesigned in such a way so that has maximum magnetic fields strength.
7	Daniel cell	Kamaljeeth (1.08 V)
8	Kit for transistor characteristics	For college grade experiments
9	Leclanche cell	Kamaljeeth (1.12 V)
10	Mini Desk Portable Table Lamp	Small in size, Rechargeable
11	Volimeter	Ranging in microvaolt
12	Thermometer	0-1000 deg celsius
DEPARTMENT OF ZOOLOGY 2023-2024		
1	Microwave Oven	[Panasonic NN-ST266BFDG 20 L solo]
2	Waterbath	[Capacity: 12.7 L Temperature Range: RT+5°C to 100°C Temperature Resolution: ±0.5°C Temperature Stability:±1.0°C]
3	Hot air oven –	[5°C above ambient to 250°C maximum. Nichrome wire / Kanthal A1, Over temperature protection, Electric leakage breaker Temperature safety as per DIN 12880 Class 3.1, MS powder coated, 304 stainless steel]



SPP
PRINCIPAL IN - CHARGE
ST. JOSEPH'S COLLEGE
(AUTONOMOUS)
IRINJALAKUDA - 680 121
THRIBSUR DIST., KERALA